

产品质量检验报告书 (CoA)

一、产品信息

品 名:	KeyTec® Ultra Luciferase Detection Kit		
货 号:	A2000300N	规 格:	10 mL
批 号:	AYS04B	存 储 条 件:	-20°C 或以下
保 质 期 限:	2025.09-2026.09		

二、质控报告

测 定 条 件:	生化实验测试实验信号及窗口
仪 器 设 置:	Nivo
质 控 标 准:	用标准品比较,此批次产品通过 QC 标准。
信 号 稳 定:	本批次信号半衰期为 40 分钟
光 输 出:	本批次光强度为 10^6 RLU

签 名:



日 期:

2025-09-05

声 明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电 话: (+ 86)021-5835-6939

邮 箱: techsupport@vkeybio.com