

产品质量检验报告书 (CoA)

一、产品信息

品名:	KeyTec® Ultra Luciferase Detection Kit		
货号:	A2000301N	规格:	2*50 mL
批号:	AYS03B	存储条件:	-20°C 或以下
保质期:	2025.06-2026.06		

二、质控报告

测定条件:	生化实验测试实验信号及窗口
仪器设置:	Nivo
质控标准:	用标准品比较,此批次产品通过 QC 标准。
信号稳定:	本批次信号半衰期为 40 分钟
光输出:	本批次光强度为 10^6 RLU

签名:



日期:

2025-06-24

声明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电话: (+86)021-5835-6939

邮箱: techsupport@vkeybio.com