

## 产品质量检验报告书 (CoA)

### 一、产品信息

|      |                                                 |       |           |
|------|-------------------------------------------------|-------|-----------|
| 品名:  | KeyTec® Ultra Luciferase Detection Kit (no DTT) |       |           |
| 货号:  | A2000800N                                       | 规格:   | 10 mL     |
| 批号:  | AYS01B                                          | 存储条件: | -20°C 或以下 |
| 保质期: | 2025.06-2026.06                                 |       |           |

### 二、质控报告

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 测定条件: | 生化实验测试实验信号及窗口         |
| 仪器设置: | Nivo                  |
| 质控标准: | 用标准品比较,此批次产品通过 QC 标准。 |
| 信号稳定: | 本批次信号半衰期为 30 分钟       |
| 光输出:  | 本批次光强度为 $10^6$ RLU    |

签名:



日期:

2025-06-12

声明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电话: (+86)021-5835-6939

邮箱: [techsupport@vkeybio.com](mailto:techsupport@vkeybio.com)