

产品质量检验报告书 (COA)

产品信息

产品名称:	KeyTec® Luminescent Cell Viability Detection Kit
货号:	A2010007C
规格:	10000 tests
储存条件:	-20°C ~ -80°C
批号:	A20100AYS04B
有效期:	2025.7-2026.7

质控内容

该批次通过了以下质量控制:

测定条件: 生化实验测试实验信号及信号稳定性
仪器设备: Nivo
质控标准: 检测 1 μM ATP 发光, 与标准品比较, 此批次产品通过 QC 标准。
信号稳定: 本批次 ATP 测试信号半衰期大于 300 分钟
光输出: 本批次光强度为 10^6 RLU

签名:



日期: 2025.7.25

声明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本试剂盒有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电话: (+86)021-5835-6939

邮箱: techsupport@vkeybio.com