

产品质量检验报告书 (COA)

产品信息

产品名称:	KeyTec® Luminescent Cell Viability Detection Kit
货号:	A2010001N/A2010002N/A2010003N/A2010004N/C
规格:	100/1000/5000/10000 tests
储存条件:	-40°C ~ -80°C
批号:	AJC08B
有效期:	2024.8-2025.8

质控内容

该批次通过了以下质量控制:

测定条件: 生化实验测试实验信号及窗口
仪器设置: Envision: Mirror 404 Ems 212
质控标准: 用标准品比较, 此批次产品通过 QC 标准。
信号稳定: 本批次信号半衰期大于 300 分钟
光输出: 本批次光强度为 10^6 RLU

签名:



日期: 2024.8.27

声明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本试剂盒有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电话: (+86)021-5835-6939

邮箱: techsupport@vkeybio.com