

产品质量检验报告书 (CoA)

一、产品信息

品名:	KeyTec® cAMP TR-FRET KIT		
货号:	A010012	规格:	10,000 tests
批号:	AJC08A	存储条件:	-60 °C或以下
保质期:	自客户收到试剂盒日期起, 1 年内保证产品质量		

二、产品组分信息及存储条件

组 分	存储条件	规 格	批 号
mAb anti-cAMP - LA (100X)	≤ -60 °C	1 vial 500 µL/vial	AJC07SA
Biotin - cAMP (200X)	≤ -60 °C	1 vial 250 µL/vial	AJC07SA
cAMP Standard Solution (50µM)	≤ -60 °C	2 vials 100 µL/vial	AJC06A
Streptavidin - Solar Eu (200X)	≤ -60 °C	1 vial 250 µL/vial	AJC07SA
Detection Buffer (5X)	2 - 8 °C	1 bottle 20 mL/bottle	AJC06A


声 明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电 话: (+86)021-5835-6939

邮 箱: techsupport@vkeybio.com

三、 质控报告

标 准:	信号窗口偏差 (Mean Deviation %) $\leq \pm 20\%$ 标准品 IC_{50} 偏差 ≤ 3 倍
质 控 方 法:	针对该试剂盒质控方法为检测标准品作用效果, 检测信号窗口可能因试剂盒批次和使用的仪器而异, 但不影响性能分析。
实 验 结 果:	S/B = 20 (Standard 17) $IC_{50} = 6.2$ nM (Standard 6.1 nM)
结 论:	合格



签 名:



日 期:

2024-11-13

声 明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电 话: (+ 86)021-5835-6939

邮 箱: techsupport@vkeybio.com