


产品质量检验报告书 (CoA)

一、产品信息

品名:	KeyTec® TR-FRET Streptavidin - HX		
货号:	A1020024L	规格:	10,000 tests
批号:	AGM03A	存储条件:	-60°C 或以下
保质期:	自签收之日起, 1 年内保证产品质量 (在说明书所述存储条件下保存)		

二、质控报告

标准:	与标准品的平均百分比偏差 (Mean Deviation %) $\leq \pm 10\%$
质控方法:	在常规蛋白互作模型中, 对比样品与标准品之间 TR-FRET Ratio 的差异
实验结果:	Mean Deviation % = 0.1%
结论:	合格



签 名:

日 期:

2023-08-22

声 明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电 话: (+86)021-5835-6939

邮 箱: techsupport@vkeybio.com