

产品质量检验报告书 (CoA)

产品信息

有效期: 2024 年 12 月

产品名称: KeyTec® TR-FRET Human Fc detection kit

货号: A1040002S

规格: 1,000 tests

批号: ARY01A


储存条件: -60°C 或以下

质控报告

标准: 与标准品的平均百分比偏差 (Mean Deviation %) $\leq \pm 10\%$

结果: Mean Deviation % = 0.1%

结论: 合格



签名:

日期:

2022-12-20

声明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电话: (+86)021-5835-6939

邮箱: techsupport@vkeybio.com