

产品质量检验报告书 (CoA)

一、 产品信息

品 名:	KeyTec® TR-FRET Phospho-STAT3 (Y705) Kit		
货 号:	A1060061S	规 格:	500 tests
批 号:	AGM01A	存 储 条 件:	-60 °C 或以下
保 质 期:	自客户收到试剂盒日期起, 1 年内保证产品质量		

二、 产品组分信息及存储条件

组 分	存储条件	规 格	批 号
mAb anti-phospho- STAT3 (Y705) - Solar Eu	≤ -60 °C	1 vial 25 µL/vial	AGM01A
mAb anti-phospho- STAT3 (Y705) - LA	≤ -60 °C	1 vial 100 µL/vial	AGM01A
Positive control lysate	≤ -60 °C	1 vial 100 µL/vial	AGM01A
Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)	≤ -60 °C	1 vial 250 µL/vial	AGM01A
Phosphoproteins Lysis Buffer B (5X)	2 - 8 °C	1 bottle 5 mL/bottle	AGM01A
Phosphoproteins Detection Buffer (10X)	2 - 8 °C	1 vial 250 µL/vial	AGM01A


声 明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电 话: (+ 86)021-5835-6939

邮 箱: techsupport@vkeybio.com

三、 质控报告

标 准:	信号窗口 $S/B \geq 3$
质 控 方 法:	针对该试剂盒质控方法为检测 IFN α 处理后的 HeLa 细胞裂解液(质控标准品)。在 T175 瓶中培养 HeLa 细胞至 90%密度, 用 3 nM IFN α 室温刺激 30 分钟。使用裂解缓冲液 B 裂解细胞, 并对细胞裂解液进行性能测试。
实 验 结 果:	处理后的细胞裂解液与对照 buffer 信号窗口 $S/B = 12$
结 论:	合格



签 名:



日 期:

2023-11-14

声 明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电 话: (+ 86)021-5835-6939

邮 箱: techsupport@vkeybio.com