


## 产品质量检验报告书 (CoA)

### 一、产品信息

|      |                                          |       |             |
|------|------------------------------------------|-------|-------------|
| 品名:  | KeyTec® TR-FRET Human TNFα Detection kit |       |             |
| 货号:  | A1070001S                                | 规格:   | 1,000 tests |
| 批号:  | AJC01A                                   | 存储条件: | -60°C 或以下   |
| 保质期: | 自签收之日起, 1 年内保证产品质量 (在说明书所述存储条件下保存)       |       |             |

### 二、质控报告

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| 标准:   | 与标准品的平均百分比偏差 (Mean Deviation %) $\leq \pm 10\%$  |
| 质控方法: | 在 Human TNFα 夹心模型中, 对比样品与标准品之间 TR-FRET Ratio 的差异 |
| 实验结果: | Mean Deviation % = -5.9%                         |
| 结论:   | 合格                                               |



签 名:

日 期:

2024-05-16

声 明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电 话: (+86)021-5835-6939

邮 箱: techsupport@vkeybio.com