

产品质量检验报告书 (CoA)

一、产品信息

品 名:	KeyTec® TR-FRET cAMP Hirange Detection Kit		
货 号:	A1CM0006S	规 格:	1,000 tests
批 号:	AJC01A	存 储 条 件:	-60 °C 或以下
保 质 期:	自客户收到试剂盒日期起, 1 年内保证产品质量		

二、产品组分信息及存储条件

组 分	存储条件	规 格	批 号
mAb anti-cAMP - Solar Eu (50X)	≤ -60 °C	1 vial 100 µL/vial	AJC01A
cAMP - LA (50X)	≤ -60 °C	1 vial 100 µL/vial	AJC01A
cAMP HiRange Standard	≤ -60 °C	1 vial Lyophilized	AJC01A
cAMP Lysis & Detection Buffer	2 - 8 °C	1 bottle 15 mL/bottle	AGM02A


声 明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电 话: (+ 86)021-5835-6939

邮 箱: technical-support@vkeybio.com

三、 质控报告

标 准:	信号窗口偏差 (Mean Deviation %) $\leq \pm 20\%$ 标准品 IC_{50} 偏差 ≤ 3 倍
质 控 方 法:	针对该试剂盒质控方法为检测标准品作用效果, 检测信号窗口可能因试剂盒批次和使用的仪器而异, 但不影响性能分析。
实 验 结 果:	$S/B = 17.0$ $IC_{50} = 17.4$ nM
结 论:	合格



签 名:



日 期:

2024-01-24

声 明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电 话: (+ 86)021-5835-6939

邮 箱: technical-support@vkeybio.com