

## 产品质量检验报告书 (COA)

### 产品信息


产品名称: KeyTec® Enhanced Luciferase Detection Kit  
货 号: A2000100N/A2000101N/A2000102N  
规 格: 100 tests/1000 tests/ 5000 tests  
储存条件: -20℃ ~ -80℃  
批 号: AGM05A  
有 效 期: 2023.12-2024.12

### 质控内容

该批次通过了以下质量控制:

测定条件: 生化实验测试实验信号及窗口  
仪器设置: Envision: Mirror 404 Ems 212  
质控标准: 用标准品比较,此批次产品通过 QC 标准。  
信号稳定: 本批次信号半衰期为 55 分钟  
光 输 出: 本批次光强度为  $10^5$  RLU

TNF  $\alpha$  Dose Response Curve



|      |                      |
|------|----------------------|
|      | KeyTec® Enhanced Kit |
| IC50 | 2.822                |

签名:

日期: 2023.12.7

声明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本试剂盒有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电 话: (+86)021-5835-6939

邮 箱: techsupport@vkeybio.com