

产品质量检验报告书 (COA)


产品信息

产品名称: KeyTec® 增强型萤光素酶报告基因检测试剂盒
货 号: A2000101N
规 格: 1000 points
储存条件: -20℃ ~ -80℃
批 号: ARY01A
有 效 期: 2022.11.16-2023.11.16

质控内容

该批次通过了以下质量控制:

测定条件: 生化实验测试实验信号及窗口
仪器设置: Envision: Mirror 404 Ems 212
质控标准: 用标准品比较,此批次产品通过 QC 标准。
信号稳定: 本批次信号半衰期为 55 分钟
光 输 出: 本批次光强度为 10^5 RLU



签名: 

日期: 2022.11.21

声明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本试剂盒有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电 话: (+86)021-5835-6939

邮 箱: techsupport@vkeybio.com