

产品质量检验报告书 (COA)

产品信息


产品名称: KeyTec® Ultra Luciferase Detection Kit
货号: A2000302N
规格: 5000 tests
储存条件: -20°C ~ -80°C
批号: AGM04A
有效期: 2023.9-2024.9

质控内容

该批次通过了以下质量控制:

测定条件: 生化实验测试实验信号及窗口
仪器设置: Envision: Mirror 404 Ems 212
质控标准: 用标准品比较,此批次产品通过 QC 标准。
信号稳定: 本批次信号半衰期为 20 分钟
光输出: 本批次光强度为 10^5 RLU

TNF α Dose Response Curve



签名:



日期: 2023.9.11

声明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本试剂盒有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电话: (+86)021-5835-6939

邮箱: techsupport@vkeybio.com