

产品质量检验报告书 (CoA)


一、产品信息

品名:	KeyTec® Enhanced Luciferase Detection Kit (no DTT)		
货号:	A2000600N, A2000601N	规格:	10 mL, 2*50mL
批号:	AGM01A	存储条件:	-20°C 或以下
保质期:	2023.09-2024.09		

二、质控报告

标准:	IFN α 对 ISRE-HEK293 的激动测试, EC ₅₀ = 0.978 ng/mL
质控方法:	使用 IFN α 刺激瞬转 ISRE 质粒的 HEK293 细胞, 在孵育 16h 后使用试剂盒进行裂解检测
实验结果:	EC ₅₀ = 0.978 ng/mL
结论:	合格

KeyTec® Enhanced Luciferase Detection Kit (no DTT)



签名:

日期:

2023-09-18

声明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电话: (+86)021-5835-6939

邮箱: techsupport@vkeybio.com