


产品质量检验报告书 (CoA)

一、产品信息

品名:	KeyTec® Ultra Luciferase Detection Kit (no DTT)		
货号:	A2000801N	规格:	2*50mL
批号:	AGM02A	存储条件:	-20°C 或以下
保质期:	2023.11-2024.11		

二、质控报告

标准:	IFN α 对 ISRE-HEK293 的激动测试, EC ₅₀ = 2.388 ng/mL
质控方法:	使用 IFN α 刺激瞬转 ISRE 质粒的 HEK293 细胞, 在孵育 16h 后使用试剂盒进行裂解检测
实验结果:	EC ₅₀ =2.388 ng/mL
结论:	合格



签 名:

日 期:

2023-11-20

声 明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电 话: (+86)021-5835-6939

邮 箱: techsupport@vkeybio.com