



产品质量检验报告书 (CoA)

一、产品信息

品名:	KeyTec® Firefly-Renilla Luciferase Detection Kit (100 tests)		
货号:	A2000900N	规格:	10 mL
批号:	AJC02A	存储条件:	-40°C 或以下
保质期:	2024.04-2025.04		

二、质控报告

标准:	细胞密度梯度 $R^2 \geq 0.99$
质控方法:	HEK293 细胞密度梯度测试
实验结果:	$R^2 \geq 0.99$
结论:	合格



签 名:

日 期:

2024-04-10

声 明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电 话: (+86)021-5835-6939

邮 箱: techsupport@vkeybio.com