

产品质量检验报告书 (COA)

产品信息

产品名称:	KeyTec® Luminescent 3D Cell Viability Detection Kit
货号:	A2010201N / A2010202N / A2010203N / A2010204N
规格:	100/1000/5000/10000 tests
储存条件:	-40°C ~ -80°C
批号:	AJC05B
有效期:	2024.11-2025.11

质控内容

该批次通过了以下质量控制:

测定条件:	生化实验测试实验信号及信号稳定性
仪器设备:	Nivo
质控标准:	检测 1 μ M ATP 发光, 与标准品比较, 此批次产品通过 QC 标准。
信号稳定:	本批次细胞测试信号半衰期大于 120 分钟
光输出:	本批次光强度为 10^6 RLU

签名:



日期: 2024.11.19

声明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本试剂盒有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电话: (+86)021-5835-6939

邮箱: techsupport@vkeybio.com