

## 产品质量检验报告书 (CoA)

### 一、产品信息

|      |  |       |         |
|------|--|-------|---------|
| 品名:  | KeyTec® TR-FLISA® Enhancement Solution |       |         |
| 货号:  | A3010002B                              | 规格:   | 4*250mL |
| 批号:  | AJC02B                                 | 存储条件: | 2-8°C   |
| 保质期: | 2024.09-2026.09                        |       |         |

### 二、质控报告

|       |                                |  |  |
|-------|--------------------------------|--|--|
| 标准:   | 与标准品对比, 检测信号                   |  |  |
| 质控方法: | 使用 Eu <sup>3+</sup> 标准溶液进行检测信号 |  |  |
| 实验结果: | 与标准品信号一致                       |  |  |
| 结论:   | 合格                             |  |  |

签名:



日期:

2024-09-26

声明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电话: (+86)021-5835-6939

邮箱: techsupport@vkeybio.com