


产品质量检验报告书 (CoA)

一、产品信息

品名:	TransKey® HEK293 Human GPR55 GPCR Cell Line		
货号:	CG1130CHH	规格:	2 vials, 1×10^6 细胞/vial
批号:	01A	存储条件:	液氮

二、质控报告

标准:	◆ EC_{50} 结果与历史数据偏差小于 3 倍 ◆ 细胞至少可稳定传代 10 代 ◆ 支原体检测阴性
质控方法:	使用对照激动剂 AM251 在 37 °C 下刺激 2 小时。激活后, 按照 HTRF IP-1 试剂盒 (Cisbio 62IPAPEJ) 推荐步骤进行信号检测。
结论:	合格



签 名:

日 期:

2023-11-15

声 明: 本产品仅用于生命科学研究。如对本产品有任何疑问, 请联系药科元生物技术支持部。

电 话: (+ 86)021-5835-6939

邮 箱: techsupport@vkeybio.com